



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-28-002571-а.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування кисневої станції Ideal Makina IM-GO 300 SE серійний номер 22.050)

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

З метою забезпечення безпечної експлуатації кисневого господарства, дотримання вимог чинного законодавства України, а саме:

- Правил охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАО 0.00-1.81-18 від 05.03.2018 № 333

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

- Кодексу цивільного захисту України;

- Закону України «Про охорону праці»

у КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" ООР", існує потреба закупівлю послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування кисневої станції Ideal Makina IM-GO 300 SE).

	Найменування	Технічні вимоги
1.	Технічне обслуговування кисневого генератора IM-GO 300 SE серійний номер 22.050	перевірка роботи генератора перевірка показників чистоти та споживання продукту перевірка налаштування редукційних клапанів перевірка часу та інтервалів циклів перевірка чистоти кисню перевірка продуктивності кисню перевірка системи дренажу перевірка регулятора тиску очистка сітчаного фільтру очистка та перевірка аксіальних клапанів перевірка рівня та стану молекулярного сита перевірка на можливі витоки перевірка манометрів перевірка запобіжних клапанів

		перевірка з'єднань трубопроводів
		перевірка електричних з'єднань
		перевірка роботи блоку управління клапанами
		перевірка газоаналізатору
		перевірка пристрою вимірювання витрат кисню
2.	Технічне обслуговування компресору повітряного гвинтового INV+45P серійний номер VD022681	перевірка показників на дисплеї
		продувка радіатора
		перевірка можливих витоків оливи та повітря
		перевірка пускачів температури та тиску
		перевірка та очищення маслосворотної системи
		перевірка запобіжних клапанів
		перевірка стану привідної муфти
		перевірка електричних з'єднань
		заміна фільтру оливи
		заміна повітряного фільтру
		заміна панельного фільтру
		заміна оливи SmartOil 3000
		заміна повітряно-олійного сепаратора
3.	Технічне обслуговування холодильного осушувача AMD130/AC серійний номер 220001781	перевірка різьбових з'єднань
		перевірка електричних з'єднань
		перевірка з'єднання типу «Фастон»
		огляд фреонового контуру на наявність слідів витоків олії та фреону
		перевірка споживаного струму
		перевірка стану гнучких трубок, заміна у разі потреби
		перевірка робочого режиму осушувача
		перевірка роботи автоматичного дренажного пристрою
		продувка радіатора
4.	Технічне обслуговування вугільної колони TAC 600 серійний номер G-12790	заміна наповнювача
		заміна індикатора оливи
5.	Технічне обслуговування повітряного магістрального фільтра AF0476 R, P, S AF0076 P A3051MS	заміна картриджів магістральних фільтрів
		перевірка роботи автоматичного дренажного пристрою

№ з/п	ДК 021-2015	Найменування	Одиниця виміру	Кількість послуг
1.	50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів	Технічне обслуговування кисневої станції Ideal Makina IM-GO 300 SE серійний номер 22.050	Послуга	1
Разом				1


5. Строк поставки товару/надання послуг: до 31 грудня 2026

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 149 996,00 грн з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

Заступник генерального директора з економічних питань



Ігор ГІНЖУЛ