



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: [ookb@ukr.net](mailto:ookb@ukr.net)

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-05-010376-а.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Комплект витратних матеріалів для проведення лікувального плазмаферезу на апараті DigiPla 90 (НК 024:2023: 58091 Набір для аферезу; НК 031:2024:V030201 ПРИСТРОЇ І НАБОРИ ДЛЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ))

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Обґрунтування характеристик комплексу для апарату **DigiPla 90** базується на необхідності забезпечення високої якості очищення крові, безпеки пацієнта та стабільної роботи обладнання.

Ключові аргументи для технічного завдання:

**1. Повна сумісність та закритість системи**

- **Технічна вимога:** Комплект має бути спеціалізованим (аналог артикула P-4018) і повністю сумісним з насосною групою та датчиками апарату DigiPla 90.
- **Обґрунтування:** Використання несертифікованих або сторонніх магістралей призводить до збоїв у роботі роликових насосів та помилок датчиків тиску. Закритий контур виключає контакт крові з навколишнім середовищем, що є критичним для інфекційної безпеки.

**2. Ефективність сепарації (Центрифужний метод)**

- **Технічна вимога:** Наявність стерильного сепараційного дзвона з високою пропускнуою здатністю.
- **Обґрунтування:** На відміну від фільтраційного методу, центрифугування в дзвоні дозволяє отримати чисту плазму без домішок формених елементів і забезпечує вищий коефіцієнт вилучення токсинів за один цикл.

**3. Режим «однієї голки» (Single Needle)**

- **Технічна вимога:** Конструкція магістралей повинна підтримувати циклічний режим забору та повернення крові через один венозний доступ.
- **Обґрунтування:** Це значно знижує травматизацію судин пацієнта, полегшує пошук венозного доступу та підвищує комфорт під час тривалої процедури.

**4. Якість матеріалів та атравматичність**

- **Технічна вимога:** Використання медичного ПВХ, стійкого до перегинів, та голок з ультратонкою стінкою і силіконовим покриттям.
- **Обґрунтування:** Гладка внутрішня поверхня трубок запобігає активації системи комплементу та руйнуванню еритроцитів (гемолізу). Спеціальне заточування голки мінімізує больовий синдром.

**5. Стерильність та безпека**

- **Технічна вимога:** Стерилізація оксидом етилену, апірогенність, відсутність токсичності.

- **Обґрунтування:** Гарантує відсутність посттрансфузійних реакцій та бактеріального забруднення під час повернення клітинної маси пацієнту.

У зв'язку з необхідністю потреби КНП «ООКЛ» ООР як закладу третинного рівня медичної допомоги, існує потреба у закупівлі наступного товару:

№ з/п		НК 024:2023	НК 031:2024	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	33141630-5 Фільтри плазми крові	58091 Набір для аферезу	В030201 ПРИБОРИ І НАБОРИ ДЛЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ	Комплект витратних матеріалів для проведення лікувального плазмаферезу на апараті DigiPla 90	комплект	25


5. Строк поставки товару/надання послуг: до 31 грудня 2026

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 45 000,00грн з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

Заступник генерального директора з економічних питань



Ігор ГІНЖУЛ