



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-10-003244-a.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33111000-1 Рентгенологічне обладнання) (НК 024:2023 - 16604 Рентгенівська трубка / НК 031:2024 Z11039012 — МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І СУПУТНІ АКСЕСУАРИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТРУБКИ РЕНТГЕНІВСЬКІ ЗІБРАНІ) (Рентгенівська трубка типу MRC 200 0407 ROT-GS 1004).

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: визначені відповідно до існуючої потреби Замовника у рентгенівській трубці до системи ангіографічної інтервенційної Allura Xper FD20, Philips, с/н 1718.

4.1. Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується: 1 шт.

4.2. Термін постачання товарів: до 31 грудня 2026 року.

4.3.. Поставка товару здійснюється з супутньою послугою встановлення Товару (демонтаж дефектної рентгенівської трубки, механічний монтаж нової рентгенівської трубки, калібрування геометрії системи, дегазації системи охолодження рентгенівської трубки, проведення процедури кондиціонування, адаптація рентгенівської трубки, калібрування якості зображення, EDL, IQ, тестування та введення в експлуатацію системи, вивезення та передача демонтованої рентгенівської трубки виробнику для подальшої утилізації).

У зв'язку з цим поставка та встановлення рентгенівської трубки передбачає приїзд на територію Замовника інженера(-ів), що має відповідну кваліфікацію та досвід.

3. Гарантійний термін на Товар повинен складати не менш ніж 12 місяців.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 8 738 317,76 грн без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» підставі комерційної пропозиції офіційного дистриб'ютора компанії PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V and AFS MEDIZINTECHNIK GMBH (виробник ангіографічної інтервенційної системи) на території України – ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК».

Т.в.о. заступника генерального директора
з економічних питань

Ангеліна СЕЛЕЗНЬОВА