



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-008688-a.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (33162000-3 - Апаратура та інструменти для операційних блоків) (Світловод багаторазовий гольмієвий 600 мкм).

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Для забезпечення потреб лікувального процесу в КНП «ООКЛ» ООР, а саме забезпечення безперебійної та якісної роботи операційного блоку (урологічної служби), з метою надання невідкладної та планової медичної допомоги пацієнтам із сечокам'яною хворобою, встановлені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Визначені технічні параметри предмета закупівлі обумовлені специфікою медичної технології та конструктивними вимогами вже наявного в лікарні медичного обладнання. Кварцеве скло високої чистоти забезпечує мінімальне згасання лазерного випромінювання гольмієвого лазера (з довжиною хвилі 2,1 мкм). Це гарантує високу пропускну здатність енергії та максимальну стійкість волокна до критичних термічних навантажень під час руйнування щільних конкрементів. Діаметр ядра світловоду: 600 мкм ($\pm 10\%$) - даний розмір є оптимальним стандартом, який забезпечує ідеальний баланс між гнучкістю інструмента (необхідною для безпечного проведення через робочі канали ендоскопів) та здатністю стабільно проводити імпульсну енергію високої потужності для швидкої та ефективної літотрипсії великих каменів. Вибір багаторазового типу інструменту дозволяє суттєво знизити вартість однієї операційної сесії для бюджету лікарні у довгостроковій перспективі. Це досягається за рахунок можливості повторного очищення, перепідготовки та повторної стерилізації відповідно до інструкцій заводу-виробника. Стерильний стан гарантує повну інфекційну безпеку пацієнта під час першого використання безпосередньо з упаковки, а також мінімізує ризики виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. Така довжина світловоду 3 м ($\pm 5\%$) є технічно необхідною для забезпечення вільного та безпечного позиціонування лазерного апарата відносно операційного столу. Вона дозволяє хірургу безперешкодно виконувати маніпуляції без натягу волокна та перекручувань. Повна сумісність з гольмієвим лазером Dornier Medilas H Solvo 35 забезпечує апаратну сумісність на рівні оптичного конектора (коректне оптичне фокусування, передачу енергії без втрат та адекватну роботу датчиків розпізнавання волокна). Сертифікація - відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Кількість необхідних виробів медичного призначення визначається на основі реальної потреби Закладу. Цей розрахунок враховує аналіз фактичного використання за попередні періоди, плани лікування пацієнтів, кількість ліжок-місць та специфіку відділень. Кількісні дані зазначаються в технічній специфікації.

У зв'язку з необхідністю забезпечення безперервного ведення виконання договірних зобов'язань перед НСЗУ та належного функціонування всіх підрозділів КНП «ООКЛ» ООР, існує потреба у закупівлі наступних виробів медичного призначення:

№	Найменування	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1.	Світловод багаторазовий гольмієвий 600 мкм	Обладнання має бути сертифіковане у відповідності до технічних регламентів України Кварцевий світловод для гольмієвого лазера Діаметр ядра світловоду: 600 мкм ($\pm 10\%$) Тип світловоду: багаторазовий Стерильний Довжина світловоду: не менше 3 м ($\pm 5\%$) Сумісність: світловод повинен бути сумісним з гольмієвим лазером Dornier Medilas H Solvo 35 Кількість: 3 світловоди (1 упаковка)	штуки	3

5.Строк надання послуг: до 31.12.2026.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 154 000,00 грн без ПДВ (184 800,00грн. з ПДВ).

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

Заступник генерального директора з економічних питань



Ігор ГІНЖУЛ