



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-20-010754-а.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 33950000-4 — Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини (33954000-2 Набори для забору біологічних матеріалів).

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Для забезпечення потреб лікувального процесу в КНП «ООКЛ» ООР, з метою належного забезпечення патологоанатомічного відділення високоякісними медичними виробами та витратними матеріалами для проведення мікротомії, макроскопічного вирізання, процесингу тканин, формування парафінових блоків та транспортування мікропрепаратів, що є критично необхідним для виконання точних мікротомних зрізів, мінімізації ризику деформації тканин та забезпечення високої точності подальших гістологічних і цитологічних досліджень для встановлення діагнозів пацієнтам, встановлені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Зазначені інструменти, касети, пенали та форми є обов'язковими та незамінними матеріалами у технологічному циклі патоморфологічних досліджень *in vitro*. Обґрунтування їхніх технічних та якісних характеристик обумовлене наступним:

Леза низького профілю для рутинної роботи: Призначені для ультратонкого зрізання тканин на мікротомі. Довжина (80 мм), висота (8 мм) та товщина (0,25 мм) є стандартними параметрами низькопрофільних лезотримачів. Кут заточування 35° є оптимальним для рутинної роботи як з м'якими, так і з твердими тканинами, забезпечуючи формування стабільних стрічкових зрізів без розривів. Спеціальне зміцнююче покриття та корозійностійка нержавіюча сталь подовжують термін служби леза і запобігають появі артефактів (смуг) на діагностичних зрізах. Заливочні біопсійні касети (з квадратними отворами 0,9x0,9 мм): Використовуються для утримання наддрібних біопсійних зразків під час хімічної проводки. Розмір квадратних отворів 0,9x0,9 мм гарантує, що мікроскопічні шматочки тканин не вимиваються з касети, але при цьому забезпечується 100% циркуляція реагентів. Матеріал (поліформальдегід) стійкий до агресивних гістологічних розчинників. Білий колір та наявність трьох полів для маркування (два бічних і одне під кутом 45°) є обов'язковими для автоматизації — вони сумісні з касетними принтерами та виключають ризик втрати маркування пацієнта. Заливочні гістологічні касети (5.0x1.0 мм): Необхідні для обробки стандартних операційних зразків. Прямокутні перфораційні отвори розміром 5,0x1,0 мм забезпечують максимальний і швидкий струм фіксаторів, спиртів та ксилолу через тканину великого розміру. Виготовлення з хімічно стійкого поліформальдегіду захищає касету від деформації в процесорах та під дією агресивних декальцифікуючих розчинів (при роботі з кістковою тканиною). Нахилене поле під 45° забезпечує чітке нанесення індивідуального коду зразка. Пенал для 20 скелець: Призначений для безпечного внутрішньолaboratorного

переміщення, сортування та тимчасового зберігання готових мікропрепаратів пацієнтів. Виготовлення з міцного поліпропілену захищає скельця від механічних пошкоджень та розбиття. Стандартизовані пази під розмір скелець (75,0х25,0х1,0 мм) унеможливають їх склеювання між собою до моменту повного висихання середовища для заключення. Фіолетовий колір дозволяє проводити візуальне кольорове кодування потоків досліджень (наприклад, за ступенем терміновості). Форми для заливки (7х7х7 мм, 15х15х7 мм, 24х24х7 мм, 30х24х7 мм): Використовуються як багаторазові прес-форми на станціях парафінової заливки для формування блоків. Виготовлення з високоякісної нержавіючої сталі забезпечує високу теплопровідність, що гарантує швидке та рівномірне охолодження парафіну без утворення повітряних порожнин. Наявність чотирьох різних типорозмірів є технологічно обов'язковою умовою для точного підбору форми під габарити кожного конкретного шматочка тканини (від дрібних ендоскопічних біопсій 7х7 мм до великих операційних секторів 30х24 мм), що економить парафін і полегшує подальшу мікромію. Закупівля зазначених матеріалів необхідна для безперебійної роботи патологоанатомічного відділення, проведення гістологічних аналізів та своєчасного встановлення/верифікації діагнозів пацієнтам.

Кількість визначається на основі реальної потреби Закладу. Цей розрахунок враховує аналіз фактичного використання за попередні періоди, плани лікування пацієнтів, кількість ліжко-місць та специфіку відділень. Кількісні дані зазначаються в технічній специфікації.

У зв'язку з необхідністю забезпечення безперервного ведення виконання договірних зобов'язань перед НСЗУ та належного функціонування всіх підрозділів КНП «ООКЛ» ООР, існує потреба у закупівлі медичних виробів та витратних матеріалів, відповідно до таблиці:

№ з/п	Назва	Медико-технічні вимоги	Од.виміру	К-сть
1	Леза низького профілю для рутинної роботи	Одноразові леза низького профілю призначені для виготовлення тонких зрізів у стандартній гістологічній практиці, використовуються у роботі з твердими та м'якими тканинами, стрічковими зрізами. Леза спеціально посилені зміцнюючим покриттям. Матеріал виготовлення - нержавіюча сталь стійка до корозії. Довжина - 80 мм Висота - 8 мм. Кут заточування леза- 35°. Товщина леза -0,25 мм	пак	10
2	Заливочні біопсійні касети, з квадратними отворами 0,9х0,9 мм.	Біопсійні касети, призначені для використання в лабораторії для обробки зразків. Виготовлені з поліформальдегіду, мають 100% спротив до хімічної дії гістологічного розчинника та інших фізичних та хімічних впливів що виникають при проведенні патоморфологічних досліджень. 3 квадратними отворами розміром 0,9*0,9мм Білого кольору. 3 двома широкими полями для маркування на боках касети та одним нахиленим полем для маркування під кутом 45°, сумісні з більшістю касетних принтерів. Упаковка 250 шт.пак або більше	пак	40
3	Заливочні гістологічні касети 5.0х1.0 мм.	Гістологічні касети. Виготовлені з поліформальдегіду, що стійкий до речовин, які використовуються у патогістології – зокрема розчинників та декальцифікуючих розчинів 3 прямокутними отворами розміром 5,0*1,0мм. 3 полем для маркування з одним нахиленим полем для маркування під кутом 45°. Упаковка 2 000 шт.пак або більше	пак	10
4	Пенал для 20	Пенал на 20 предметних скелець для зручного	шт	50

	скелець	утримання та перенесення. Матеріал - поліпропілен. Розміри 75,0мм*25,0мм (+-1,0 мм)*1,0 мм(+/-0,2 мм). Фіолетового кольору.		
5	Форма для заливки 7х7х7 мм	Форми для заливки з нержавіючої сталі, розмір 7 х 7 х 7 (+-1 мм)	шт	50
6	Форма для заливки 15х15х7 мм	Форми для заливки з нержавіючої сталі, розмір 15 х 15 х 7 (+-1 мм)	шт	50
7	Форма для заливки 24х24х7 мм	Форми для заливки з нержавіючої сталі, розмір 24 х 24 х 7 (+-1 мм)	шт	50
8	Форма для заливки 30х24х7 мм	Форми для заливки з нержавіючої сталі, розмір 30 х 24 х 7 (+-1 мм)	шт	50

5.Строк надання послуг: до 31.12.2026.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші кошти на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 206 390,00 грн без ПДВ (220 837,30грн. з ПДВ).

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

В.о. заступника генерального
директора з економічних питань



Ангеліна СЕЛЕЗНЬОВА