



**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

ЄДРПОУ – 01998526

вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65025, тел.: (048)750-54-04

E-mail: ookb@ukr.net

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР»), код ЄДРПОУ 01998526, розташоване за адресою м Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-24-007200-a.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33183000-6 Протезно-ортопедичні вироби)

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівля міжхребцевих поперекових кейджів у складі систем транспедикулярної фіксації та інших товарів зумовлена необхідністю надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями та травмами хребта. Імпланти необхідні для проведення нейрохірургічних та ортопедичних операцій (міжтілового спондилодезу) при дегенеративних захворюваннях (грижі дисків, стенози, спондилолітези) та травматичних ушкодженнях поперекового відділу. Вони забезпечують відновлення висоти міжхребцевого проміжку, стабільність хребцево-рухового сегмента та створюють умови для формування міцного кісткового блоку.

Медичні вироби повинні відповідати високим стандартам біосумісності, механічної міцності та рентгенологічної прозорості:

- **Матеріал виготовлення:** Імпланти мають бути виготовлені з біосумісного PEEK-полімеру (поліетеретеркетону) або високоякісного титанового сплаву (згідно зі стандартами ISO 5832-3 чи еквівалент). Це мінімізує ризик відторгнення, а PEEK-матеріал дозволяє чітко контролювати процес зрощення кістки на рентгені/КТ.
- **Конструктивні особливості:** Анатомічна форма кейджа (лордотичний кут, бобовидна або прямокутна конфігурація) для оптимального відновлення природного вигину хребта. Наявність великого внутрішнього отвору (вікна) для заповнення кістковим трансплантатом або замінником кістки.
- **Стабілізація:** Поверхня кейджа повинна мати спеціальні насічки, зубці або пористу структуру для первинної надійної фіксації в міжтіловому просторі та запобігання міграції (зсуву) імплантата до моменту зрощення.

У зв'язку з необхідністю забезпечення безперебійної роботи відділення нейрохірургії, існує потреба у закупівлі наступних протезних виробів:

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Системи для транспедикулярної фіксації хребта: Комплектація: Система для транспедикулярної фіксації хребта (4 гвинта): гвинт - 4 шт., балка - 2 шт., гайка - 4 шт., поперечна стяжка - 1 шт.,	штука	35
2	Системи для транспедикулярної фіксації хребта: Комплектація: Система для транспедикулярної фіксації хребта (6 гвинтів): гвинт - 6 шт., балка - 2 шт., гайка - 6 шт., поперечна стяжка - 1 шт.,	штука	44
3	Система для транспедикулярної фіксації хребта: гвинт самонаріз., конічний, поліаксiальний, Ti-6Al-4V, Ø балки 6мм, L балки 50-500мм (крок 10мм), L попереч. стяжки 55-75мм (крок 5мм), L гвинта 30-60мм (крок 5мм), Ø гвинта 4-7мм (крок 0,5мм)	штука	6
4	Міжхребцевий кейдж (висота: 90 мм, довжина: 10 мм, ширина: 9 мм кут: 8), для шийного відділу, тит.сплав, порожнини для розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, рентгенконтрасні маркери, бічні отвори, форма опукла	штука	4
5	Поперековий кейдж (висота: 9мм, довжина: 25мм, ширина: 10мм кут: 4), для поперекового та грудно-поперек. відділу, ПЕЕК, порожнини для розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, рентгенконтр. маркери, бічні отвори, форма: клиноподібна	штука	10
6	Поперековий кейдж (висота: 9мм, довжина: 25мм, ширина: 10мм кут: 0), для поперекового та грудно-поперек. відділу, ПЕЕК, порожнини для розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, рентгенконтр. маркери, бічні отвори, форма: клиноподібна	штука	10
7	Поперековий кейдж (висота: 11мм, довжина: 25мм, ширина: 10мм кут: 4), для поперекового та грудно-поперек. відділу, ПЕЕК, порожнини для розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, рентгенконтр. маркери, бічні отвори, форма: клиноподібна	штука	10
8	Поперековий кейдж (висота: 8мм, довжина: 25мм, ширина: 10мм кут: 4), для поперекового та грудно-поперек. відділу, ПЕЕК, порожнини для розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, рентгенконтр. маркери, бічні отвори, форма: клиноподібна	штука	10

5. Строк поставки товару: до 31.12.2026.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Власні кошти та/або кошти НСЗУ, інші.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 677 430,00 грн без ПДВ (3 934 850,10 грн з ПДВ)

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.

В.о. заступника генерального
директора з економічних питань



Ангеліна СЕЛЕЗНЬОВА